



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 24.49.33.000.М.000584.06.23 ОТ 13.06.2023 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

условия работы с источником физических факторов воздействия на человека (ионизирующим излучением) флюорографом цифровым "ФЦ"ПРОТОН", зав. № ФЦ/22.024-3, в соответствии с приложением к настоящему заключению,

установленным во флюорографическом кабинете № 28 ООО "МУ "ЦМК-ДЗЕМГИ" по адресу: 660017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Красной Армии, д. 3, помещение № 3 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "Медицинское учреждение "Центр медицинских комиссий-ДЗЕМГИ", 681022, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, дом 23, офис 1 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009, СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-99/2010, СанПиН 2.6.1.1192-03 Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований, СП 2.1.3678-20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы № 7557 от 05.06.2023, выполненное ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае"

Заключение действительно до 13.06.2028 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3545220



Номер листа: 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 24.49.33.000.M.000584.06.23 от 13.06.2023 г.

условия работы с источником физических факторов воздействия на человека (ионизирующим излучением) флюорографом цифровым "ФЦ"ПРОТОН", зав. № ФЦ/22.024-3

по адресу: 660018, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Красной Армии, д. 3, помещение № 3

"ФЦ"ПРОТОН" - флюорограф цифровой
Производитель: Россия
Тип излучения - генерирующий (рентгеновское)
Виды работ: флюорография
Максимальное напряжение на аноде 125 кВ
Максимальный анодный ток 200 мА
Рабочая нагрузка до 1000 (мА*мин)/нед.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

