



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 24.49.33.000.М.000585.06.23 от 13.06.2023 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес); условия работы с источником физических факторов воздействия на человека (ионизирующим излучением) цифровым маммографическим аппаратом "Pinkview-RT", зав. № BMR-1R0037, в соответствии с приложением к настоящему заключению,

установленным в маммографическом кабинете № 27 ООО "МУ "ЦМК-ДЗЕМГИ" по адресу: 660017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Красной Армии, д. 3, помещение № 3 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "Медицинское учреждение "Центр медицинских комиссий-ДЗЕМГИ", 681022, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, дом 23, офис 1 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009, СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-99/2010, СанПиН 2.6.1.1192-03 Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований, СП 2.1.3678-20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы № 7556 от 05.06.2023, выполненное ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае"

Заключение действительно до 13.06.2028 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3545221



Номер листа: 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 24.49.33.000.М.000585.06.23 от 13.06.2023 г.

условия работы с источником физических факторов воздействия на человека (ионизирующим излучением) цифровым маммографическим аппаратом "Pinkview-RT", зав. № BMR-1R0037

по адресу: 660017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Красной Армии, д. 3, помещение № 3

Pinkview-RT - цифровой маммографический аппарат

Производитель: Корея

Тип излучения - генерирующий (рентгеновское)

Виды работ: маммография

Максимальное напряжение на аноде 35 кВ

Максимальный анодный ток 100 мА

Рабочая нагрузка до 200 (мА*мин)/нед.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

